


ベッドの設置箇所のご提案

～多床室の場合～

感知域 前方3m 幅40cm



多床室の場合、
居室内の対面の方の動きでセンサーが過剰感知する場合があります。
その時は、ベッドの足側に設置して、ご利用者の方のみの動きに反応
するよう設置することが可能です。